



Deutsch

English



# Bedienungsanleitung User Manual

PCE-CP Serie / Series Photometer



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Letzte Änderung / last change: 24 November 2020  
v1.0



## Deutsch

### Inhaltsverzeichnis

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sicherheitsinformationen</b>               | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Allgemeine Hinweise</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Systembeschreibung</b>                     | <b>2</b>  |
| 3.1       | Messgerät                                     | 2         |
| 3.2       | Funktionstasten                               | 3         |
| <b>4</b>  | <b>Spezifikationen</b>                        | <b>3</b>  |
| 4.1       | Technische Daten                              | 3         |
| 4.2       | Lieferumfang                                  | 4         |
| <b>5</b>  | <b>Batteriewechsel</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Ein- und Ausschalten</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Zero</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Menü</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Einstellungen</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>10</b> | <b>Messparameter</b>                          | <b>6</b>  |
| 10.1      | pH Wert (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)     | 6         |
| 10.2      | Chlor (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)       | 7         |
| 10.3      | Cyanursäure (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30) | 7         |
| 10.4      | Alkalinität (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30) | 8         |
| 10.5      | Aktivsauerstoff (PCE-CP 30)                   | 8         |
| 10.6      | Chlordioxid (PCE-CP 30)                       | 9         |
| 10.7      | Brom (PCE-CP 30)                              | 10        |
| 10.8      | Ozon (PCE-CP 30)                              | 11        |
| 10.9      | Wasserstoffperoxid (PCE-CP 30)                | 12        |
| 10.10     | Wasserhärte (PCE-CP 20, PCE-CP 30)            | 12        |
| 10.11     | Harnstoff (PCE-CP 30)                         | 14        |
| 10.12     | PHMB (PCE-CP 30)                              | 14        |
| <b>11</b> | <b>Fehlerbehebung</b>                         | <b>15</b> |
| 11.1      | OR-UR / Verdünnung                            | 15        |
| 11.2      | Fehlercodes                                   | 15        |

|           |                                        |           |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>Küvettenwechsel .....</b>           | <b>15</b> |
| <b>13</b> | <b>Zubehör .....</b>                   | <b>16</b> |
| 13.1      | Reagenzien .....                       | 16        |
| 13.2      | Ersatzteile .....                      | 16        |
| <b>14</b> | <b>Software / App .....</b>            | <b>17</b> |
| 14.1      | Aufbau und Navigation .....            | 17        |
| 14.2      | Konten .....                           | 17        |
| 14.3      | Neue Messung .....                     | 17        |
| 14.4      | Cloud Service .....                    | 18        |
| 14.5      | Verbinde Photometer .....              | 18        |
| 14.6      | Chemie .....                           | 18        |
| 14.7      | Einstellungen .....                    | 19        |
| 14.8      | Support .....                          | 19        |
| <b>15</b> | <b>Spezifikationen Parameter .....</b> | <b>19</b> |
| <b>16</b> | <b>Garantie .....</b>                  | <b>21</b> |
| <b>17</b> | <b>Entsorgung .....</b>                | <b>21</b> |



## English Contents

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Safety notes</b>                           | <b>22</b> |
| <b>2</b>  | <b>General information</b>                    | <b>22</b> |
| <b>3</b>  | <b>System description</b>                     | <b>23</b> |
| 3.1       | Device                                        | 23        |
| 3.2       | Function keys                                 | 24        |
| <b>4</b>  | <b>Specifications</b>                         | <b>24</b> |
| 4.1       | Technical specifications                      | 24        |
| 4.2       | Delivery contents                             | 25        |
| <b>5</b>  | <b>Battery replacement</b>                    | <b>25</b> |
| <b>6</b>  | <b>On / off</b>                               | <b>25</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zero</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>8</b>  | <b>Menu</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>9</b>  | <b>Settings</b>                               | <b>26</b> |
| <b>10</b> | <b>Measured parameters</b>                    | <b>27</b> |
| 10.1      | pH value (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)    | 27        |
| 10.2      | Chlorine (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)    | 28        |
| 10.3      | Cyanursäure (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30) | 28        |
| 10.4      | Alkalinity (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)  | 29        |
| 10.5      | Active oxygen (PCE-CP 30)                     | 29        |
| 10.6      | Chlorine dioxide (PCE-CP 30)                  | 30        |
| 10.7      | Bromine (PCE-CP 30)                           | 31        |
| 10.8      | Ozone (PCE-CP 30)                             | 32        |
| 10.9      | Hydrogen peroxide (PCE-CP 30)                 | 33        |
| 10.10     | Water hardness (PCE-CP 20, PCE-CP 30)         | 33        |
| 10.11     | Urea (PCE-CP 30)                              | 35        |
| 10.12     | PHMB (PCE-CP 30)                              | 35        |
| <b>11</b> | <b>Troubleshooting</b>                        | <b>36</b> |
| 11.1      | OR-UR / dilution                              | 36        |
| 11.2      | Error codes                                   | 36        |

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>Cuvette replacement.....</b>           | <b>36</b> |
| <b>13</b> | <b>Accessories .....</b>                  | <b>37</b> |
| 13.1      | Reagents.....                             | 37        |
| 13.2      | Spare parts .....                         | 37        |
| <b>14</b> | <b>Software / app.....</b>                | <b>38</b> |
| 14.1      | Structure and navigation .....            | 38        |
| 14.2      | Accounts .....                            | 38        |
| 14.3      | New measurement .....                     | 38        |
| 14.4      | Cloud service .....                       | 39        |
| 14.5      | Connect photometer.....                   | 39        |
| 14.6      | Chemistry.....                            | 39        |
| 14.7      | Settings.....                             | 40        |
| 14.8      | Support .....                             | 40        |
| <b>15</b> | <b>Specifications of parameters .....</b> | <b>40</b> |
| <b>16</b> | <b>Warranty.....</b>                      | <b>42</b> |
| <b>17</b> | <b>Disposal .....</b>                     | <b>42</b> |

## 1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille sowie gegebenenfalls weitere vorgeschriebene Schutzausrüstung.
- Zum Umgang mit den Reagenzien sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu beachten. Diese finden Sie, indem Sie den QR-Code auf den Reagenzienschachteln scannen.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

## 2 Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie stets Tabletten, die mit „PHOTOMETER“ gekennzeichnet sind, niemals solche die mit „RAPID“ gekennzeichnet sind. Berühren Sie die Tabletten nicht.

Stellen Sie nach jeder Messung sicher, dass die Küvette von sämtlichen Reagenzienrückständen befreit wird, da sonst Messfehler auftreten.

Benutzen Sie zum Reinigen der Küvette nur klares Wasser und ein Mikrofasertuch.

Benutzen Sie kein Reinigungsmittel oder (Scheuer-)Bürsten.

Die Photometer der PCE-CP Serie sind auch für Salzwasserpools / Pools mit Salzelektrolyse geeignet.

## 3 Systembeschreibung

### 3.1 Messgerät

Die Photometer der PCE-CP Serie eignen sich zur Bestimmung der Wasserqualität anhand von bis zu dreizehn verschiedenen Parametern. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von der Wartung und Instandhaltung von Poolanlagen bis hin zu komplexeren Messreihen in einer Laborumgebung. Besonders für Letzteres ist die automatische Speicherung von Messwerten, die mittels der bereitgestellten Software oder App über eine Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen und dokumentiert werden können, von Interesse. Um einen korrekten und fehlerfreien Messablauf zu gewährleisten, verfügen die Photometer über einen Timer, der für die Einhaltung der Reaktionszeiten der Reagenzien vor der Messung sorgt.

Die Einheit, in der die Messwerte (außer pH, Alkalinität, Gesamthärte und Kalziumhärte) angezeigt werden, kann zwischen mg/l und ppm umgestellt werden. Die Einheit, in der Alkalinität, Gesamthärte und Kalziumhärte angezeigt werden, kann aus fünf verschiedenen Optionen gewählt werden.



1. Lichtschutzdeckel / Messkammer
2. Display
3. Folientastatur

## 3.2 Funktionstasten

| Taste                                                                             | Bezeichnung | Funktion                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|  | EIN/AUS     | Gerät ein- / ausschalten, Countdown abbrechen |
|  | ZERO        | ZERO-Messung starten                          |
|  | OK          | Bestätigen, Messung starten                   |
|  | ZURÜCK      | Zurück                                        |
|  | AUF         | Nach oben navigieren                          |
|  | AB          | Nach unten navigieren                         |

## 4 Spezifikationen

### 4.1 Technische Daten

| Photometer PCE-CP 10 / 20 / 30          |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                             | 530 nm / 570 nm / 620 nm LED                                                                                                                                |
| Lichtdetektor                           | Photodiode                                                                                                                                                  |
| Kalibrierung                            | Nullpunktkalibrierung                                                                                                                                       |
| Standardeinheit                         | mg/l, ppm                                                                                                                                                   |
| Härteeinheiten                          | mg/l CaCO <sub>3</sub> , ppm, mmol/l K <sub>S</sub> 4,3, °dH (Grad deutscher Härte), °e (Grad englischer Härte / Grad Clark), °f (Grad französischer Härte) |
| Messbereich<br>Genauigkeit<br>Auflösung | Siehe Abschnitt 15 Spezifikationen Parameter                                                                                                                |
| Menüsprachen                            | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch                                                                                                       |
| Speicher                                | 255 Messwerte                                                                                                                                               |
| Stromversorgung                         | 4 x AA Batterien (1,5 V, LR03)                                                                                                                              |
| Schnittstelle                           | Bluetooth Verbindung mit App / PC-Software                                                                                                                  |
| Autoabschaltung                         | Nach 300 s Inaktivität                                                                                                                                      |
| Lager- /<br>Betriebsbedingungen         | 5 ... 45 °C / 90 % r. F., nicht kondensierend                                                                                                               |
| Abmessungen Gerät                       | 167 x 92 x 40 mm                                                                                                                                            |
| Abmessungen Küvette                     | 36 x ø 21 mm (10 ml)                                                                                                                                        |
| Gewicht ohne Batterien                  | 230 g                                                                                                                                                       |



## 4.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang ist bei allen Versionen der PCE-CP Serie gleich

- 1 x Photometer PCE-CP 10 / 20 / 30 inkl. Küvette
- 1 x Ersatzküvette
- 1 x Lichtschutzdeckel
- 1 x Microfasertuch
- 1 x Stößel
- 1 x 10 ml Dosierpipette
- 4 x AA Batterie
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Servicetasche
- 1 x Reagenzien Starter Kit (20 x pH, 20 x freies Chlor, 10 x gebunden / gesamt Chlor, 10 x Alkalinität, 10 x Cyanursäure)
- 1 x App (kostenloser Download)
- 1 x PC-Software (kostenloser Download)
- 1 x Kostenfreier Cloud-Service



### Warnung vor giftigen Stoffen:

Wasseranalysetabletten nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!

Giftzentrale München: (24/7) +49 (0) 89-19240 (Deutsch und Englisch)

## 5 Batteriewechsel



### ACHTUNG:

Die Batterien nur in trockener Umgebung wechseln, da sonst Schäden am Gerät oder Verletzungen des Bedieners entstehen können. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Gerät trocken ist.

1. Bevor Sie die Batterien wechseln, schalten Sie das Gerät aus.
2. Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs auf der Unterseite des Gerätes.
3. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und entnehmen Sie die leeren Batterien.
4. Setzen Sie die vollen Batterien wie gekennzeichnet ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder.

## 6 Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des Gerätes halten Sie die *EIN/AUS*  Taste gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Zum Ausschalten halten Sie *EIN/AUS*  gedrückt.

Die *EIN/AUS*  Taste kann zudem zum Abbrechen des Countdowns während der Messung verwendet werden (nicht empfohlen). Hierzu drücken Sie einmal kurz die *EIN/AUS*  Taste während des Countdowns.

## 7 Zero

Nach dem Erscheinen des Startbildschirms wird im Display der Schriftzug „ZERO“ angezeigt. Bevor Sie ins Hauptmenü gelangen, muss der ZERO-Vorgang einmal durchgeführt werden. Verfahren Sie wie folgt:

1. Stellen Sie vor dem Befüllen der Küvette sicher, dass die Küvette sauber ist und sich keine Reagenzienrückstände an dieser befinden.
2. Befüllen Sie mittels der Pipette die Küvette mit einer Probe von 10 ml.
3. Setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **ZERO** .
4. Warten Sie, bis der Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ auf dem Display erscheint. Dann können Geräteeinstellungen vorgenommen werden oder ein Messparameter ausgewählt werden.

Der ZERO-Vorgang muss nur einmal pro Testreihe durchgeführt werden. Sobald einmal erfolgt, können alle folgenden Messungen (z. B. pH, Chlor...) nacheinander, ohne erneuten ZERO-Vorgang vorgenommen werden. Falls gewünscht, kann trotzdem vor jeder Messung ein ZERO-Vorgang durchgeführt werden. Letzteres ist immer dann sinnvoll, wenn die Probenquelle gewechselt wird oder die Trübung der Quelle sich verändert.

## 8 Menü

Nachdem der Zero-Vorgang abgeschlossen wurde, gelangen Sie ins Hauptmenü, welches die verschiedenen Messparameter des Gerätes, sowie den Menüpunkt „Einstellungen“ enthält. Nach der ZERO-Messung wird als erstes immer der Parameter angezeigt, der zuletzt gemessen wurde. Zum Auswählen der Messparameter navigieren Sie mit den Pfeiltasten **AUF**  und **AB**  durch das Hauptmenü. Wenn Sie den gewünschten Parameter ausgewählt haben, verfahren Sie wie in Punkt 10 Messparameter beschrieben.

## 9 Einstellungen

Um in das Einstellungsменю zu gelangen, navigieren Sie mit **AUF**  und **AB**  durch das Hauptmenü, bis auf dem Display der Menüpunkt „Einstellungen“ erscheint. Rufen Sie nun die Einstellungen mit **OK**  auf. Mit der Taste **ZURÜCK**  gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.

Im Menü Einstellungen gibt es folgende Untermenüpunkte:

- Sprache
- Bluetooth
- Kalibrierung
- Standardeinheit
- Härteeinheit

Durch die Menüstruktur können Sie ebenfalls mit den Tasten **AUF**  und **AB**  navigieren. Um den markierten Untermenüpunkt auszuwählen, drücken Sie **OK** . Um aus einem Untermenü zurück in das Einstellungsменю zu kommen, drücken Sie **ZURÜCK** .

### 9.1.1 Sprache

Die folgenden Sprachen können Sie über die Navigation auswählen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

### 9.1.2 Bluetooth

Um die Bluetooth-Funktion zu nutzen, navigieren Sie durch das Einstellungs Menü, bis der Punkt „Bluetooth“ markiert ist. Drücken Sie nun  $OK$ , um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Den Bluetooth-Status zeigt der kleine Kreis in der oberen rechten Bildschirmecke an. Wenn dieser ausgefüllt ist, ist Bluetooth aktiv. Wenn dieser leer ist, ist Bluetooth deaktiviert.

### 9.1.3 Kalibrierung

Navigieren Sie durch das Einstellungs Menü, bis der Punkt „Kalibrierung“ markiert ist. Drücken Sie  $OK$ , um den Kalibriervorgang zu starten. Nach dem Kalibriervorgang wird im Display für ca. 2 Sekunden „CAL OK“ angezeigt. Danach befinden Sie sich wieder im Einstellungs Menü. Es wird empfohlen, nach jedem Küvettenwechsel eine Kalibrierung durchzuführen.

### 9.1.4 Standardeinheit

Die Einheit der Parameter, die in mg/l oder ppm angegeben werden, können Sie in diesem Einstellungs Menü umstellen. Hiervon nicht betroffen sind die Parameter pH (einheitenlos) sowie Kalziumhärte und Gesamthärte (siehe Härteeinheit).

### 9.1.5 Härteeinheit

Die Einheit, in der die Parameter Kalziumhärte und Gesamthärte sowie Alkalinität (TA) angezeigt werden, können Sie in diesem Einstellungs Menü umstellen. Verfügbare Einheitensysteme sind: mg/l  $CaCO_3$ , ppm, mmol/l  $K_{S\ 4,3}$ , °dH (Grad deutscher Härte), °e (Grad englischer Härte / Grad Clark) und °f (Grad französischer Härte).

## 10 Messparameter

**Reagenzien, die mit einem hochgestellten „!“ gekennzeichnet sind, sind nicht im Starterkit und somit nicht im Lieferumfang der Standardversion enthalten.**

### 10.1 pH-Wert (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

6,50 ... 8,40 pH

Reagenz: Phenol Red (PCE-CP X0 Tab pH)

Der Alkalinitätswert muss mindestens 50 mg/l betragen, um eine korrekte pH Messung durchzuführen.

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **pH** angezeigt wird.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Phenol Red Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie  $OK$ , um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

## 10.2 Chlor (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

### 10.2.1 Freies Chlor

0,00 ... 8,00 mg/l

Reagenz: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **fCl** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine DPD N° 1 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.
7. Wenn Sie den Gesamt-Chlorgehalt zusätzlich messen möchten, leeren Sie die Küvette nicht und fahren Sie mit Punkt 10.2.2 fort.

### 10.2.2 Gesamt-Chlor

0,00 ... 8,00 mg/l

Reagenz: DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

Gesamt-Chlor wird direkt nach der Messung von freiem Chlor gemessen, ohne die Küvette zu leeren. Die DPD N° 3 Tablette wird in die Küvette gegeben, in der bereits die DPD N° 1 Tablette gelöst ist. Das gebundene Chlor errechnet sich aus dem Gesamt-Chlor minus dem freiem Chlor.

1. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **tCl** im Display erscheint.
2. Geben Sie eine DPD N° 3 Tablette in die Probe, in der sich bereits eine gelöste DPD N° 1 Tablette befindet und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
3. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
4. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

## 10.3 Cyanursäure (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

0 ... 160 mg/l

Reagenz: PCE-CP X0 Tab Cyanuric Acid

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **CYA** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Cyanuric Acid Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

#### 10.4 Alkalinität (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

Die Einheit, in der die Alkalinität angegeben wird, kann im Einstellungs Menü „Härteeinheit“ eingestellt werden, siehe Punkt 9.1.5 Härteeinheit.

0 ... 200 mg/l  $\text{CaCO}_3$

Reagenz: PCE-CP X0 Tab Alkalinity

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **Alka** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Alkalinity Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** , um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

#### 10.5 Aktivsauerstoff (PCE-CP 30)

0,0 ... 30,0 mg/l

Reagenz: DPD N° 4<sup>l</sup> (PCE-CP X0 Tab Active Oxygen)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **Act. O<sub>2</sub>** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine DPD N° 4 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** , um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.



## 10.6 Chlordioxid (PCE-CP 30)

0,00 ... 11,40 mg/l

Nur wenn die Wasserprobe neben Chlordioxid auch Chlor enthält (z. B. wenn beide Desinfektionsmittel (Chlor und Chlordioxid) benutzt werden), muss das Verfahren A mit der Glycine Tablette angewendet werden. Falls die Probe nur Chlordioxid und kein Chlor enthält, folgen Sie Verfahren B.

### Verfahren A

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **CLO<sub>2</sub>** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Glycine Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel, bis diese sich vollständig aufgelöst hat.
5. Geben Sie nun eine DPD N° 1 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
6. Wenn sich beide Tabletten vollständig aufgelöst haben, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>(OK)</sup>, um die Messung zu starten.
7. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

### Verfahren B

Reagenz: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **CLO<sub>2</sub>** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine DPD N° 1 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>(OK)</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

## 10.7 Brom (PCE-CP 30)

0,0 ... 13,5 mg/l

Nur wenn die Wasserprobe neben Brom auch Chlor enthält (z. B. wenn beide Desinfektionsmittel (Chlor und Brom) benutzt werden), muss das Verfahren A mit der Glycine Tablette angewendet werden. Falls die Probe nur Brom und kein Chlor enthält, folgen Sie Verfahren B.

### Verfahren A

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **Br<sub>2</sub>** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Glycine Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel, bis diese sich vollständig aufgelöst hat.
5. Geben Sie nun eine DPD N° 1 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
6. Wenn sich beide Tabletten vollständig aufgelöst haben, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** , um die Messung zu starten.
7. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

### Verfahren B

Reagenz: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **Br<sub>2</sub>** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine DPD N° 1 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** , um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.



## 10.8 Ozon (PCE-CP 30)

0,00 ... 4,00 mg/l

Nur, wenn die Wasserprobe neben Ozon auch Chlor enthält (z. B. wenn beide Desinfektionsmittel (Chlor und Ozon) benutzt werden), muss das Verfahren B mit der Glycine Tablette angewendet werden. Falls die Probe nur Ozon und kein Chlor enthält, folgen Sie Verfahren A.

### Verfahren A

Reagenzien: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine), DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **O<sub>3</sub> Ozone** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine DPD N° 1 und eine DPD N° 3 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>(OK)</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

### Verfahren B

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine), DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **O<sub>3</sub> Ozone ipo. Cl2** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie anschließend eine Glycine Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>(OK)</sup>, um die erste Messung zu starten.
6. Auf dem Bildschirm erscheint „Step 2“.
7. Leeren Sie nun die Küvette und reinigen Sie diese.
8. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
9. Geben Sie nun eine DPD N° 1 und eine DPD N° 3 Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
10. Wenn sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>(OK)</sup>, um die finale Messung zu starten.
11. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.



## 10.9 Wasserstoffperoxid (PCE-CP 30)

### 10.9.1 Wasserstoffperoxid Low Range

0,00 ... 2,90 mg/l

Reagenz: PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide LR<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> LR** Im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie eine Hydrogen Peroxide LR Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

### 10.9.2 Wasserstoffperoxid High Range

0 ... 200 mg/l

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide HR<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Acidifying PT<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HR** Im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie anschließend eine Hydrogen Peroxide HR-Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

## 10.10 Wasserhärte (PCE-CP 20, PCE-CP 30)

Die Einheit, in der die Wasserhärte angegeben wird, kann im Einstellungsmenü „Härteeinheit“ eingestellt werden, siehe Punkt 9.1.5 Härteeinheit.

### 10.10.1 Gesamthärte

0 ... 500 mg/l

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Total Hardness 1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Total Hardness 2<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **TH** Im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Schütteln Sie die Flüssigreagenzien vor Gebrauch.
5. Geben Sie 10 Tropfen Total Hardness 1 und vier Tropfen Total Hardness 2 in die Probe und verrühren Sie diese mit dem Stößel.
6. Wenn sich eine gleichmäßig gefärbte Lösung eingestellt hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
7. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

### 10.10.2 Kalzium Härte

0 ... 500 mg/l

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness N°2<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **CH** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Schütteln Sie die Flüssigreagenzien vor der Benutzung.
5. Geben Sie je 10 Tropfen Calcium Hardness N°1 und Calcium Hardness N°2 in die Probe und verrühren Sie diese mit dem Stößel.
6. Wenn sich eine gleichmäßig gefärbte Lösung eingestellt hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** , um die Messung zu starten.
7. Nach Ablauf des Countdowns öffnen Sie die Küvette und verrühren Sie die Lösung erneut.
8. Wiederholen Sie Schritt fünf. Im Anschluss an den Countdown wird Ihnen nun das Messergebnis angezeigt.

### 10.10.3 Härteumrechnung

|                             | CaCO <sub>3</sub> mg/l | °dH* (KH) | °e* (CH) | °f* (DC) |
|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| 1 mg/l CaCO <sub>3</sub>    | 1                      | 0,056     | 0,07     | 0,1      |
| 1 mmol/l K <sub>S</sub> 4,3 | 50                     | 2,8       | 3,5      | 5,0      |

## 10.11 Harnstoff (PCE-CP 30)

0,1 ... 2,5 mg/l

Reagenzien: PCE-CP X0 Tab PL Urea N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab PL Urea N°2<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Ammonia N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Ammonia N°2<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **UREA** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Schütteln Sie die Flüssigreagenzien vor der Benutzung.
5. Geben Sie zwei Tropfen PL Urea N°1 in die Probe und verrühren Sie diese mit dem Stößel. Drücken Sie anschließend **OK** <sup>OK</sup>, um fortzufahren.
6. Geben Sie einen Tropfen PL Urea N°2 in die Probe und verrühren Sie diese mit dem Stößel. Drücken Sie anschließend **OK** <sup>OK</sup>, um fortzufahren.
7. Setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>.
8. Öffnen Sie die Küvette, fügen Sie einen Beutel Ammonia N°1 hinzu und verrühren Sie das Reagenz mit der Probe.
9. Wiederholen Sie Schritt acht mit einem Beutel Ammonia N°2.
10. Wenn sich beide Beutel vollständig aufgelöst haben, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten. Im Anschluss an den Countdown wird Ihnen nun das Messergebnis angezeigt.

Das Reagenz Ammonia N° 1 löst sich erst ganz auf, nachdem Sie das Reagenz Ammonia N° 2 zugeben. Ammoniak und Chloramine werden zusammen detektiert. Das angezeigte Ergebnis ist daher die Summe der beiden. Die Temperatur der Probe muss zwischen 20 °C und 30 °C liegen. Der Test muss spätestens eine Stunde nach der Entnahme der Probe durchgeführt werden. Wenn Sie Meerwasser testen, muss die Probe mit einem speziellen Konditionierungspulver vorbehandelt werden, bevor Sie die Ammonia N° 1 Tablette hinzufügen. Lagern Sie PL Urea 1 nicht unter 10 °C. Es könnte sonst granulieren. PL Urea 2 muss zwischen 4 °C und 8 °C gelagert werden.

## 10.12 PHMB (PCE-CP 30)

5 ... 60 mg/l

Reagenz: PCE-CP X0 Tab PHMB<sup>1</sup>

1. Reinigen Sie das Gerät, wie in Abschnitt 2 Allgemeine Hinweise beschrieben und führen Sie, falls gewünscht oder notwendig, den ZERO-Vorgang aus Punkt 7 durch.
2. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, bis der Parameter **PHMB** im Display erscheint.
3. Geben Sie eine Probe von 10 ml mit Hilfe der Dosierpipette in die Küvette.
4. Geben Sie anschließend eine PHMB Tablette in die Probe und zerstoßen Sie diese mit dem Stößel.
5. Wenn sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, setzen Sie den Lichtschutzdeckel auf die Küvette und drücken Sie **OK** <sup>OK</sup>, um die Messung zu starten.
6. Sobald der Countdown abgelaufen ist, erhalten Sie Ihr Messergebnis.

**Reinigen Sie unbedingt die für die Messung verwendeten und mit dem mit Reagenz versetzten Messwasser in Berührung kommenden Gegenstände (Küvetten, Deckel, Stößel) gründlich mit einer (weichen) Bürste, Wasser und anschließend mit destilliertem Wasser, da sich sonst das Messbesteck mit der Zeit blau verfärben kann. Alkalinitätswerte (M) <> 120 mg/l und Kalzium-Härte-Werte <> 200 mg/l können zu Messwertabweichungen führen.**

## 11 Fehlerbehebung

### 11.1 OR-UR / Verdünnung

OR = Overage / UR = Underrange

Das Testergebnis ist außerhalb des Messbereiches dieses Verfahrens. OR Ergebnisse können durch Verdünnung in den Messbereich gebracht werden. Verwenden Sie die Dosierpipette um eine 5 ml (oder 1 ml) Probe zu entnehmen. Füllen Sie die Probe in die Küvette und geben Sie 5 ml (9 ml) destilliertes Wasser hinzu. Führen Sie den Test durch und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 2 (bzw. 10). Verdünnung ist nicht auf den Parameter „pH“ anwendbar.

### 11.2 Fehlercodes

| Fehlercode | Erläuterung                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| BAT!       | Batterien wechseln                                              |
| Err02      | (zu dunkel) Messkammer säubern oder Wasserprobe verdünnen       |
| Err03      | (zu hell) Lichtschutzdeckel während der Messung nicht vergessen |
| Err04      | ZERO-Vorgang und TEST wiederholen                               |
| Err05      | Umgebungstemperatur unter 5 °C oder über 60 °C                  |

## 12 Küvettenwechsel

1. Stellen Sie vor dem Küvettenwechsel sicher, dass das Gerät trocken und sauber ist.
2. Entnehmen Sie die alte Küvette und entsorgen Sie diese sachgemäß.
3. Stellen Sie sicher, dass die neue Küvette sauber ist.
4. Setzen Sie die neue Küvette ein und drehen Sie diese, bis sie in der Halterung einrastet. Dies kann etwas Kraft erfordern.
5. Um das Gerät auf die neue Küvette zu kalibrieren, gehen Sie nach Punkt 9.1.3 Kalibrierung vor.

## 13 Zubehör

### 13.1 Reagenzien

| Bestellnummer                      | Beschreibung                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CP X0 Tab Acidifying PT        | 50 Hilfstabletten Wasserstoffperoxid                                           |
| PCE-CP X0 Tab Active Oxygen        | 50 Tabletten Aktivsauerstoff                                                   |
| PCE-CP X0 Tab Alkalinity           | 50 Tabletten Alkalinität                                                       |
| PCE-CP X0 Tab Ammonia No1          | 50 Beutel Ammoniak N° 1                                                        |
| PCE-CP X0 Tab Ammonia No2          | 50 Beutel Ammoniak N° 2                                                        |
| PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness No1 | 20 ml Kalziumhärte N° 1 (50 Tests)                                             |
| PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness No2 | 20 ml Kalziumhärte N° 2 (50 Tests)                                             |
| PCE-CP X0 Tab Cyanuric Acid        | 50 Tabletten Cyanursäure                                                       |
| PCE-CP X0 Tab Free Chlorine        | 50 Tabletten freies Chlor DPD N° 1                                             |
| PCE-CP X0 Tab Glycine              | 50 Hilfstabletten Brom                                                         |
| PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide HR | 50 Tabletten Wasserstoffperoxid HR                                             |
| PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide LR | 50 Tabletten Wasserstoffperoxid LR                                             |
| PCE-CP X0 Tab pH                   | 50 Tabletten pH-Wert                                                           |
| PCE-CP X0 Tab PHMB                 | 50 Tabletten Polyhexanid                                                       |
| PCE-CP X0 Tab PL Urea No1          | 30 ml PL Harnstoff N° 1 (375 Tests)                                            |
| PCE-CP X0 Tab PL Urea No2          | 10 ml PL Harnstoff N° 2 (250 Tests)                                            |
| PCE-CP X0 Tab Starter Kit          | Tabletten 20 x DPD N° 1, 10 x DPD N° 3, 20 x pH-Wert, 10 x Alkalität, 10 x CYA |
| PCE-CP X0 Tab Total Chlorine       | 50 Tabletten gebunden / gesamt Chlor DPD N° 3                                  |
| PCE-CP X0 Tab Total Hardness 1     | 20 ml Gesamthärte 1 (50 Tests)                                                 |
| PCE-CP X0 Tab Total Hardness 2     | 10 ml Gesamthärte 2 (50 Tests)                                                 |

### 13.2 Ersatzteile

| Bestellnummer               | Beschreibung                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PCE-CP X0 Cal-Set           | Kalibrierset Chlor, Cyanursäure, pH-Wert, Alkalinität für PCE-CP X0 |
| PCE-CP X0 Case              | Tragekoffer für Geräte der PCE-CP Serie                             |
| PCE-CP X0 Cuvette           | Ersatzküvette für PCE-CP X0                                         |
| PCE-CP X0 Cuvette Cover     | Lichtschutzdeckel aus flexiblem Kunststoff für das PCE-CP X0        |
| PCE-CP X0 Impact Protection | Stoßschutz für PCE-CP X0                                            |
| PCE-CP X0 Microfibre Cloth  | weißes Mikrofaser Reinigungstuch 10 x 15 cm                         |
| PCE-CP X0 PIP               | 10 ml Dosierpipette mit flachem Ende                                |
| PCE-CP X0 Spurtle           | Stößel aus Kunststoff (10,5 cm) für das PCE-CP X0                   |



## 14 Software / App

Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie das Photometer über die Software oder die App mit Ihrem Gerät verbinden.

Download Software (Windows / Mac OS):

<https://www.pce-instruments.com/software/PCE-CP-Series.zip>

App für Android:



App für iOS:



Verbinden Sie ein Gerät der PCE-CP Serie vor der ersten Benutzung, nach jedem Batteriewechsel und nach jedem Update mit der App oder der Software, um Datum und Uhrzeit automatisch einzustellen.

Nach dem ersten Verbinden der Software / App mit einem Gerät der PCE-CP Serie passt sich selbige automatisch den wählbaren Parametern der PCE-CP Serie an.

### 14.1 Aufbau und Navigation

Die Software und die App unterscheiden sich in ihrem Aufbau nur in wenigen Details.

Nach dem Start der Software / App befindet man sich im Hauptbildschirm, in dem das LabCom-Logo und die Softwareversion angezeigt wird. In der Software findet man hier bereits das Hauptmenü auf der linken Seite in Form einer Navigationsspalte. In der App kann dieses durch das Betätigen der Menü-Schaltfläche in der Ecke oben links erreicht werden. In der Software bleibt das Hauptmenü jederzeit in der Navigationsspalte sichtbar, während man in der App jederzeit über die Zurück-Schaltfläche oben links zurück ins Hauptmenü navigieren kann. Die einzelnen Menüpunkte und deren Inhalt werden im Folgenden ausführlich erläutert.

Die Software ist für Windows 7 und Windows 10 erhältlich. Jedoch kann die Bluetooth-Funktion nur unter Windows 10 genutzt werden. Unter Windows 7 können nur Messungen aus dem Cloud Service importiert werden oder Messungen des Gerätes müssen manuell in „Neue Messung“ eingegeben werden.

### 14.2 Konten

Hier können Sie Ihre Nutzerkonten verwalten. Durch das Anlegen eines Kontos können Sie Ihre Messungen vom Gerät auf Ihr Smartphone oder den PC übertragen und nach Konto geordnet speichern. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich zu dem ausgewählten Konto über das Menüfeld oben rechts einen Bericht erstellen zu lassen, entweder als Excel Tabelle (.xlsx) oder als PDF.

### 14.3 Neue Messung

Zusätzlich zu der automatischen Übertragungsfunktion der Messungen an die Software / App können im Bereich „Neue Messung“ auch manuell Messungen zu den verschiedenen Konten hinzugefügt werden. Hierzu wählen Sie die Methode (den zu messenden Stoff im Wasser) aus. Den Messwert können Sie in einen Pop-up Fenster eintragen, sobald Sie auf die Schaltfläche „Messung hinzufügen“ klicken. Wenn Sie den Messwert eingetragen haben, klicken Sie auf „OK“, um die Messung dem ausgewählten Konto hinzuzufügen.

## 14.4 Cloud Service

Im Bereich „Cloud Service“ können Sie, wenn Sie sich mit einem Konto registriert haben, eine Übersicht einsehen. In der Übersicht sehen Sie, wie viele Konten in diesem Software-Client registriert sind und wie viele Messungen gespeichert wurden. Außerdem können Sie sehen, wann zuletzt synchronisiert und wann die letzte Änderung der Daten vorgenommen wurde.

## 14.5 Verbinde Photometer

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihr Photometer mit Ihrer Software verbinden. Um eine Verbindung herzustellen, muss im Menü des Gerätes Bluetooth aktiviert werden (siehe Punkt 9.1.2 Bluetooth). Anschließend drücken Sie in der App die Schaltfläche „Suchen“ und das Gerät sollte in der Auswahl unter der Schaltfläche erscheinen. Jetzt können Sie mit der in der Auswahl angezeigten Schaltfläche „Connect“ das Gerät mit der Software / App verbinden. Bei Windows müssen Sie bei der erstmaligen Verbindung des Gerätes mit der Software das Photometer in den Windows Bluetooth-Einstellungen mit Windows koppeln. Danach zeigt die Suche nach dem Gerät in der Software ein Ergebnis. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Geben Sie in der Suchleiste das Schlagwort „Einstellungen“ ein.
2. Das erste Ergebnis sollte die App „Einstellungen“ sein, mit welcher die Windows-Einstellungen konfiguriert werden können. Öffnen Sie diese.
3. Klicken Sie auf die Rubrik „Geräte“.
4. Klicken Sie nun auf die erste Schaltfläche „Bluetooth oder andere Geräte hinzufügen“.
5. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres PCE-CP X0, wie in 9.1.2 Bluetooth beschrieben, ein.
6. Klicken Sie in Windows auf „Bluetooth“.
7. Nun sucht Windows nach Bluetooth-Geräten in seiner Umgebung. Wählen Sie das Gerät, welches unter dem Namen „PCELab“ erscheinen sollte, aus und koppeln Sie es mit Ihrem PC.
8. Öffnen Sie nun die Software und starten Sie im Bereich „Verbinde Photometer“ die Suche. Das Photometer sollte Ihnen nun auch hier zur Verfügung stehen.

Nach dem Verbinden werden Ihnen folgende Gerätedaten angezeigt:

- Name des Gerätes
- Seriennummer
- Firmware Version
- Speicherauslastung
- Zeit auf dem Gerät

Außerdem lässt sich in diesem Bildschirm auch der Kontrast des Displays anpassen. Nutzen Sie hierzu die beiden Schaltflächen „Verringern“ und „Erhöhen“ unter der Überschrift „LCD Kontrast“. Wenn Sie die Verbindung des Gerätes mit der Software nicht mehr benötigen, klicken Sie auf die am unteren Rand des Fensters angezeigte Schaltfläche „Trennen“, um die Verbindung aufzuheben.

## 14.6 Chemie

Unter diesem Hauptmenüpunkt finden Sie verschiedene Rechner, die insbesondere für die Anwendung in der Wasser-/Poolpflege gedacht sind. Es gibt je einen Rechner für den RSI/LSI Index, für aktives Chlor und für verschiedene Wasserpflegemittel. Außerdem gibt es eine Auflistung der Idealbereiche aller Parameter, die die PCE-CP Serie bereitstellt.

## 14.7 Einstellungen

In den Einstellungen können Sie die Sprache der Anwendung anpassen. Außerdem kann hier die Datenbank zurückgesetzt werden, was konkret heißt, dass alle Messungen und Konten gelöscht werden. In der PC-Software gibt es zusätzlich dazu die Möglichkeit, die Datenbank zu exportieren oder zu importieren, um diese z. B. auf einen anderen PC zu übertragen.

## 14.8 Support

Unter dem Hauptmenüpunkt Support finden Sie zwei Reiter. Der erste Reiter, welcher mit einem geöffneten Buch gekennzeichnet ist, enthält einen Download-Link für diese Bedienungsanleitung. Der zweite Reiter, welcher eine stilisierte Weltkugel zeigt, enthält Links, die Sie auf die Produkt- und Supportwebsites von PCE Instruments führen.

## 15 Spezifikationen Parameter

### Aktivsauerstoff

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,0 ... 5,0        | 0,5 mg/l      | 1 mg/l    |
| 5,0 ... 15,0       | 1,3 mg/l      |           |
| 15,0 ... 25,0      | 3,8 mg/l      |           |
| 25,0 ... 30,0      | 5,0 mg/l      |           |

### Alkalinität

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 30           | 3 mg/l        | 1 mg/l    |
| 30 ... 60          | 7 mg/l        |           |
| 60 ... 100         | 12 mg/l       |           |
| 100 ... 200        | 18 mg/l       |           |

### Brom

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,0 ... 2,5        | 0,2 mg/l      | 0,1 mg/l  |
| 2,5 ... 6,5        | 0,6 mg/l      |           |
| 6,5 ... 11,0       | 1,7 mg/l      |           |
| 11,0 ... 13,5      | 2,3 mg/l      |           |

### Kalziumhärte

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 25           | 8 mg/l        | 1 mg/l    |
| 25 ... 100         | 22 mg/l       |           |
| 100 ... 300        | 34 mg/l       |           |
| 300 ... 500        | 45 mg/l       |           |

### Chlor (Frei / Gesamt)

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,00 ... 2,00      | 0,10 mg/l     | 1 mg/l    |
| 2,00 ... 3,00      | 0,23 mg/l     |           |
| 3,00 ... 4,00      | 0,75 mg/l     |           |
| 4,00 ... 8,00      | 1,00 mg/l     |           |



**Cyanursäure**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 15           | 1 mg/l        | 1 mg/l    |
| 15 ... 50          | 5 mg/l        |           |
| 50 ... 120         | 13 mg/l       |           |
| 120 ... 160        | 19 mg/l       |           |

**Chlordioxid**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,00 ... 2,00      | 0,19 mg/l     | 0,01 mg/l |
| 2,00 ... 6,00      | 0,48 mg/l     |           |
| 6,00 ... 10,00     | 1,43 mg/l     |           |
| 10,00 ... 11,40    | 1,90 mg/l     |           |

**Wasserstoffperoxid – (LR)**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,00 ... 0,50      | 0,05 mg/l     | 0,01 mg/l |
| 0,50 ... 1,50      | 0,12 mg/l     |           |
| 1,50 ... 2,00      | 0,36 mg/l     |           |
| 2,00 ... 2,90      | 0,48 mg/l     |           |

**Wasserstoffperoxid – (HR)**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 50           | 5 mg/l        | 1 mg/l    |
| 50 ... 110         | 6 mg/l        |           |
| 110 ... 170        | 11 mg/l       |           |
| 170 ... 200        | 13 mg/l       |           |

**Ozon**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0,00 ... 1,00      | 0,07 mg/l     | 0,01mg/l  |
| 1,00 ... 2,00      | 0,17 mg/l     |           |
| 2,00 ... 3,00      | 0,51 mg/l     |           |
| 3,00 ... 4,00      | 0,68 mg/l     |           |

**pH**

| Messbereich   | Genauigkeit ± | Auflösung |
|---------------|---------------|-----------|
| 6,50 ... 8,40 | 0,11          | 0,01      |

**PHMB**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 30           | 3 mg/l        | 1 mg/l    |

**Gesamthärte**

| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit ± | Auflösung |
|--------------------|---------------|-----------|
| 0 ... 30           | 3 mg/l        | 1 mg/l    |
| 30 ... 60          | 5 mg/l        |           |
| 60 ... 100         | 10 mg/l       |           |
| 100 ... 200        | 17 mg/l       |           |
| 200 ... 300        | 22 mg/l       |           |
| 300 ... 500        | 58 mg/l       |           |

| Harnstoff          |                   |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Messbereich (mg/l) | Genauigkeit $\pm$ | Auflösung |
| 0,00 ... 0,30      | 0,05 mg/l         | 0,01 mg/l |
| 0,30 ... 0,60      | 0,06 mg/l         |           |
| 0,60 ... 1,00      | 0,09 mg/l         |           |
| 1,00 ... 1,50      | 0,12 mg/l         |           |
| 1,50 ... 2,50      | 0,19 mg/l         |           |

## 16 Garantie

Unsere Garantiebedingungen können Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachlesen, die Sie hier finden: <https://www.pce-instruments.com/deutsch/agb>.

## 17 Entsorgung

### HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

### Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.



## 1 Safety notes

Please read this manual carefully and completely before you use the device for the first time. The device may only be used by qualified personnel and repaired by PCE Instruments personnel. Damage or injuries caused by non-observance of the manual are excluded from our liability and not covered by our warranty.

- The device must only be used as described in this instruction manual. If used otherwise, this can cause dangerous situations for the user and damage to the meter.
- The instrument may only be used if the environmental conditions (temperature, relative humidity, ...) are within the ranges stated in the technical specifications. Do not expose the device to extreme temperatures, direct sunlight, extreme humidity or moisture.
- Do not expose the device to shocks or strong vibrations.
- The case should only be opened by qualified PCE Instruments personnel.
- Never use the instrument when your hands are wet.
- You must not make any technical changes to the device.
- The appliance should only be cleaned with a cloth. Use only pH-neutral cleaner, no abrasives or solvents.
- The device must only be used with accessories from PCE Instruments or equivalent.
- Before each use, inspect the case for visible damage. If any damage is visible, do not use the device.
- Always wear protective gloves and goggles and, if required, other mandatory protective equipment when handling chemicals.
- For work with reagents, the relevant safety data sheets must be observed. These can be found by scanning the QR code on the reagent boxes.
- Do not use the instrument in explosive atmospheres.
- Non-observance of the safety notes can cause damage to the device and injuries to the user.

We do not assume liability for printing errors or any other mistakes in this manual.

We expressly point to our general guarantee terms which can be found in our general terms of business.

If you have any questions please contact PCE Instruments. The contact details can be found at the end of this manual.

## 2 General information

Always use tablets marked "PHOTOMETER", never those marked "RAPID". Do not touch the tablets.

After each measurement, make sure that the cuvette is cleaned from all reagent residues, otherwise measuring errors will occur.

Only use clear water and a microfibre cloth to clean the cuvette.

Do not use any cleaning agents or (scrubbing) brushes.

The photometers of the PCE-CP series are also suitable for salt water pools / pools with salt electrolysis.

## 3 System description

### 3.1 Device

The photometers of the PCE-CP series are suitable for the determination of water quality on the basis of up to thirteen different parameters. The field of application ranges from maintenance and servicing of pool systems to more complex series of measurements in a laboratory environment. For the latter, the automatic storage of measured values which can be read out and documented via a Bluetooth interface using the provided software or app is of particular interest. In order to ensure a correct and error-free measuring procedure, the photometers are equipped with a timer which ensures that the reaction times of the reagents are met before the measurement.

The unit in which the measured values (except pH, alkalinity, total hardness and calcium hardness) are displayed can be switched between mg/l and ppm. The unit in which alkalinity, total hardness and calcium hardness are displayed can be selected from five different options.



1. Light protection cover / measuring chamber
2. Display
3. Membrane keypad

## 3.2 Function keys

| Key                                                                               | Description | Function                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|  | ON/OFF      | Meter on/off, stop countdown |
|  | ZERO        | Start ZERO measurement       |
|  | OK          | Confirm, start measurement   |
|  | BACK        | Back                         |
|  | UP          | Navigate up                  |
|  | DOWN        | Navigate down                |

## 4 Specifications

### 4.1 Technical specifications

| Photometer PCE-CP 10 / 20 / 30 |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Light source                   | 530 nm / 570 nm / 620 nm LED                                                                                                                                                 |
| Light detector                 | photodiode                                                                                                                                                                   |
| Calibration                    | zero point calibration                                                                                                                                                       |
| Standard unit                  | mg/l, ppm                                                                                                                                                                    |
| Hardness units                 | mg/l CaCO <sub>3</sub> , ppm, mmol/l K <sub>S</sub> 4,3, °dH (German degrees of hardness), °e (English degrees of hardness / degrees Clark), °f (French degrees of hardness) |
| Measurement range              | see chapter 15 Specifications of parameters                                                                                                                                  |
| Accuracy                       |                                                                                                                                                                              |
| Resolution                     |                                                                                                                                                                              |
| Menu languages                 | English, German, French, Spanish, Italian                                                                                                                                    |
| Memory                         | 255 readings                                                                                                                                                                 |
| Power supply                   | 4 x AA batteries (1.5 V, LR03)                                                                                                                                               |
| Interface                      | Bluetooth connection to app / PC software                                                                                                                                    |
| Auto Power Off                 | after 300 s of inactivity                                                                                                                                                    |
| Storage / operating conditions | 5 ... 45 °C / 90 % RH, non-condensing                                                                                                                                        |
| Dimensions of meter            | 167 x 92 x 40 mm                                                                                                                                                             |
| Dimensions of cuvette          | 36 x ø 21 mm (10 ml)                                                                                                                                                         |
| Weight without batteries       | 230 g                                                                                                                                                                        |

## 4.2 Delivery contents

The delivery contents are the same for all meters of the PCE-CP series

- 1 x photometer PCE-CP 10 / 20 / 30 incl. cuvette
- 1 x replacement cuvette
- 1 x light protection cover
- 1 x microfibre cloth
- 1 x crushing/stirring rod
- 1 x 10 ml dispensing pipette
- 4 x AA battery
- 1 x quick start guide
- 1 x service bag
- 1 x reagent starter kit (20 x pH, 20 x free chlorine, 10 x combined / total chlorine, 10 x alkalinity, 10 x cyanuric acid)
- 1 x app (free download)
- 1 x PC software (free download)
- 1 x free cloud service



### **Warning: toxic substances:**

Water analysis tablets are for chemical analysis only! Not for oral use! Keep out of reach of children! Store in a cool and dry place!

Munich Poison Centre: (24/7) +49 (0) 89-19240 (German and English)

## 5 Battery replacement



### **ATTENTION:**

Only replace the batteries in a dry environment, otherwise damage to the meter or injury to the user may occur. Also make sure that the meter is dry.

1. Before replacing the batteries, turn off the power.
2. Loosen the screws of the battery compartment at the bottom of the instrument.
3. Remove the cover of the battery compartment and take out the flat batteries.
4. Insert the new batteries as marked and close the battery compartment.

## 6 On / off

To switch on the instrument, press and hold the **ON/OFF**  key until the start screen is displayed.

To switch off the device, press and hold the **ON/OFF**  key.

The **ON/OFF**  key can also be used to stop the countdown during the measurement (not recommended). To do this, briefly press the **ON/OFF**  key once during the countdown.

## 7 Zero

When the start screen appears, the display shows "ZERO". Before you can enter the main menu, the ZERO procedure must be performed once. Proceed as follows:

1. Before filling the cuvette, make sure that it is clean and that there are no reagent residues on it.
2. Fill the cuvette with a 10 ml sample using the pipette.
3. Place the light protection cover on the cuvette and press **ZERO** .
4. Wait until the main menu item "SETTINGS" appears on the display. Then you can make settings to the device or select a measurement parameter.

The ZERO procedure only needs to be performed once per test series. Once it has been carried out, all subsequent measurements (e. g. pH, chlorine...) can be carried out one after the other without the need for a new ZERO process. If desired, a ZERO process can still be performed before each measurement. This is useful whenever the sample source is changed or when the turbidity of the source changes.

## 8 Menu

When the zero process has been completed, you will be taken to the main menu which contains the various measurement parameters of the device as well as the menu item "SETTINGS". After the ZERO measurement, the first parameter that is always displayed is the one that was measured last. To select the measurement parameters, use the **UP**  and **DOWN**  arrow keys to navigate through the main menu. When you have selected the desired parameter, proceed as described in chapter 10 Measured parameters.

## 9 Settings

To enter the settings menu, use **UP**  and **DOWN**  to navigate through the main menu until the menu item "SETTINGS" appears on the display. Now open the settings with **OK** . Press the **BACK**  key to return to the main menu.

The settings menu contains the following sub-menu items:

- Language
- Bluetooth
- Calibrate
- Standard Unit
- Hardness Unit

You can also navigate through the menu structure with the **UP**  and **DOWN**  keys. To select the highlighted sub-menu item, press **OK** . To return from a sub-menu to the settings menu, press **BACK** .



### 9.1.1 Language

You can select the following languages via the navigation: English, German, French, Spanish and Italian.

### 9.1.2 Bluetooth

To use the Bluetooth function, navigate through the settings menu until the item "Bluetooth" is highlighted. Press **OK**  to enable or disable Bluetooth. The Bluetooth status is indicated by the small circle in the top right-hand corner of the screen. When it is filled, Bluetooth is active. When it is not filled, Bluetooth is deactivated.

### 9.1.3 Calibrate

Navigate through the settings menu until the item "Calibrate" is highlighted. Press **OK**  to start the calibration process. After the calibration procedure, the display shows "CAL OK" for about 2 seconds. You are then taken back to the settings menu.

It is recommended to perform a calibration after each cuvette change.

### 9.1.4 Standard Unit

In this settings menu, you can change the unit of the parameters which are specified in mg/l or ppm. This does not affect the parameters pH (without unit), calcium hardness and total hardness (see hardness unit).

### 9.1.5 Hardness Unit

In this settings menu, you can change the unit in which the parameters calcium hardness, total hardness and alkalinity (TA) are displayed. The following unit systems are available: mg/l CaCO<sub>3</sub>, ppm, mmol/l KS 4.3, °dH (German degrees of hardness), °e (English degrees of hardness / degrees Clark) and °f (French degrees of hardness).

## 10 Measured parameters

**Reagents marked with a superscript '!' are not included in the starter kit and therefore not part of the standard version.**

### 10.1 pH value (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

6.50 ... 8.40 pH

Reagent: Phenol Red (PCE-CP X0 Tab pH)

The alkalinity value must be at least 50 mg/l to ensure a correct pH measurement.

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **pH** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Phenol Red tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.



## 10.2 Chlorine (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

### 10.2.1 Free chlorine

0.00 ... 8.00 mg/l

Reagent: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **fCl** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one DPD N° 1 tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.
7. If you additionally want to measure the total chlorine content, do not empty the cuvette and continue with chapter 10.2.2.

### 10.2.2 Total chlorine

0.00 ... 8.00 mg/l

Reagent: DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

Total chlorine is measured directly after the measurement of free chlorine without emptying the cuvette. The DPD N° 3 tablet is added to the cuvette in which the DPD N° 1 tablet is already dissolved. The combined chlorine is calculated by subtracting the free chlorine from the total chlorine.

1. Navigate through the main menu until the parameter **tCl** is displayed.
2. Add a DPD N° 3 tablet to the sample which already contains a dissolved DPD N° 1 tablet and crush it with the crushing rod.
3. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
4. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

## 10.3 Cyanuric acid (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

0 ... 160 mg/l

Reagent: PCE-CP X0 Tab Cyanuric Acid

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **CYA** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Cyanuric Acid tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.



#### 10.4 Alkalinity (PCE-CP 10, PCE-CP 20, PCE-CP 30)

The unit in which the alkalinity is indicated can be set in the settings menu "Hardness Unit", see chapter 9.1.5 Hardness Unit.

0 ... 200 mg/l  $\text{CaCO}_3$

Reagent: PCE-CP X0 Tab Alkalinity

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **Alka** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Alkalinity tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK** (OK) to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

#### 10.5 Active oxygen (PCE-CP 30)

0.0 ... 30.0 mg/l

Reagent: DPD N° 4<sup>i</sup> (PCE-CP X0 Tab Active Oxygen)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **Act. O<sub>2</sub>** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one DPD N° 4 tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK** (OK) to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

## 10.6 Chlorine dioxide (PCE-CP 30)

0.00 ... 11.40 mg/l

Only if the water sample contains chlorine in addition to chlorine dioxide (e. g. if both disinfectants (chlorine and chlorine dioxide) are used), procedure A with the Glycine tablet must be followed. If the sample contains only chlorine dioxide and no chlorine, follow procedure B.

### Procedure A

Reagents: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **ClO<sub>2</sub>** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Glycine tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. Now add a DPD N° 1 tablet to the sample and crush it with the crushing rod.
6. When both tablets are completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
7. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### Procedure B

Reagent: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **ClO<sub>2</sub>** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one DPD N° 1 tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.



## 10.7 Bromine (PCE-CP 30)

0.0 ... 13.5 mg/l

Only if the water sample contains chlorine as well as bromine (e. g. if both disinfectants (chlorine and bromine) are used), procedure A with the Glycine tablet must be followed. If the sample contains only bromine and no chlorine, follow procedure B.

### Procedure A

Reagents: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **Br<sub>2</sub>** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Glycine tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. Now add a DPD N° 1 tablet to the sample and crush it with the crushing rod.
6. When both tablets are completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
7. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### Procedure B

Reagent: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **Br<sub>2</sub>** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one DPD N° 1 tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

## 10.8 Ozone (PCE-CP 30)

0.00 ... 4.00 mg/l

Only if the water sample contains chlorine in addition to ozone (e. g. if both disinfectants (chlorine and ozone) are used), procedure B, using the Glycine tablet, must be followed. If the sample contains only ozone and no chlorine, follow procedure A.

### Procedure A

Reagents: DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine), DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **O<sub>3</sub> Ozone** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one DPD N° 1 and one DPD N° 3 tablet to the sample and crush these with the crushing rod.
5. When both tablets are completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### Procedure B

Reagents: PCE-CP X0 Tab Glycine<sup>1</sup>, DPD N° 1 (PCE-CP X0 Tab Free Chlorine), DPD N° 3 (PCE-CP X0 Tab Total Chlorine)

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **O<sub>3</sub> Ozone ipo. Cl2** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Then add one Glycine tablet to the sample and crush the tablet with the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the first measurement.
6. "Step 2" is displayed.
7. Now empty and clean the cuvette.
8. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
9. Now add one DPD N° 1 and one DPD N° 3 tablet to the sample and crush these with the crushing rod.
10. When both tablets are completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the final measurement.
11. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.



## 10.9 Hydrogen peroxide (PCE-CP 30)

### 10.9.1 Hydrogen peroxide low range

0.00 ... 2.90 mg/l

Reagent: PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide LR<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> LR** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Hydrogen Peroxide LR tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### 10.9.2 Hydrogen peroxide high range

0 ... 200 mg/l

Reagents: PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide HR<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Acidifying PT<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> HR** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Add one Hydrogen Peroxide HR tablet to the sample and crush the tablet using the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

## 10.10 Water hardness (PCE-CP 20, PCE-CP 30)

The unit in which the water hardness is indicated can be set in the settings menu "Hardness unit", see chapter 9.1.5 Hardness Unit.

### 10.10.1 Total hardness

0 ... 500 mg/l

Reagents: PCE-CP X0 Tab Total Hardness 1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Total Hardness 2<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **TH** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Shake the liquid reagents before use.
5. Add ten drops of Total Hardness 1 and four drops of Total Hardness 2 to the sample and stir it with the crushing/stirring rod.
6. When a uniformly coloured solution is obtained, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
7. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### 10.10.2 Calcium hardness

0 ... 500 mg/l

Reagents: PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness N°2<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **CH** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Shake the liquid reagents before use.
5. Add ten drops of Total Hardness 1 and four drops of Total Hardness 2 to the sample and stir it with the crushing/stirring rod.
6. When a uniformly coloured solution is obtained, place the light protection cover on the cuvette and press **OK** <sup>(OK)</sup> to start the measurement.
7. When the countdown is completed, open the cuvette and stir the solution again.
8. Repeat step five. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

### 10.10.3 Hardness conversion

|                             | CaCO <sub>3</sub> mg/l | °dH* (KH) | °e* (CH) | °f* (DC) |
|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| 1 mg/l CaCO <sub>3</sub>    | 1                      | 0.056     | 0.07     | 0.1      |
| 1 mmol/l K <sub>S</sub> 4.3 | 50                     | 2.8       | 3.5      | 5.0      |



### 10.11 Urea (PCE-CP 30)

0.1 ... 2.5 mg/l

Reagents: PCE-CP X0 Tab PL Urea N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab PL Urea N°2<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Ammonia N°1<sup>1</sup>, PCE-CP X0 Tab Ammonia N°2<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **UREA** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Shake the liquid reagents before use.
5. Add two drops of PL Urea N°1 to the sample and stir it with the crushing/stirring rod.  
Then press **OK**  to proceed.
6. Add one drop of PL Urea N°2 to the sample and stir it with the crushing/stirring rod.  
Then press **OK**  to proceed.
7. Place the light protection cover on the cuvette and press **OK** .
8. Open the cuvette, add a bag of Ammonia N°1 and mix the reagent with the sample.
9. Repeat step eight with a bag of Ammonia N°2.
10. When both bags are completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement. After the countdown, the measurement result is displayed.

The reagent Ammonia N° 1 only dissolves completely after you add the reagent Ammonia N° 2. Ammonia and chloramine are detected together. The displayed result is therefore the sum of the two. The temperature of the sample must be between 20 °C and 30 °C. The test must be performed no later than one hour after taking the sample. When testing seawater, the sample must be pre-treated with a special conditioning powder before adding the Ammonia N° 1 tablet. Do not store PL Urea 1 below 10 °C. It could otherwise granulate. PL Urea 2 must be stored between 4 °C and 8 °C.

### 10.12 PHMB (PCE-CP 30)

5 ... 60 mg/l

Reagent: PCE-CP X0 Tab PHMB<sup>1</sup>

1. Clean the instrument as described in chapter 2 General information and, if desired or necessary, perform the ZERO procedure as described in chapter 7.
2. Navigate through the main menu until the parameter **PHMB** is displayed.
3. Fill a 10 ml sample into the cuvette using the dispensing pipette.
4. Then add one PHMB tablet to the sample and crush the tablet with the crushing rod.
5. When the tablet is completely dissolved, place the light protection cover on the cuvette and press **OK**  to start the measurement.
6. As soon as the countdown is completed, you will receive your measurement result.

**It is essential that you clean the objects used for the measurement (cuvettes, cover, crushing rods) that come into contact with the tested water mixed with reagent thoroughly with a (soft) brush, water and then with distilled water as otherwise the measuring equipment may turn blue over time. Alkalinity values (M) > 120 mg/l and calcium hardness values > 200 mg/l can cause measurement deviations.**



## 11 Troubleshooting

### 11.1 OR-UR / dilution

OR = Overrange / UR = Underrange

The test result is outside the measurement range of this method. OR results can be brought into the measurement range by dilution. Use the dispensing pipette to take a 5 ml (or 1 ml) sample. Fill the sample into the cuvette and add 5 ml (9 ml) of distilled water. Perform the measurement and multiply the result by 2 (or 10). Dilution is not applicable to the parameter "pH".

### 11.2 Error codes

| Error code | Description                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BAT!       | Replace batteries                                                            |
| Err02      | (too dark) Clean measuring chamber and dilute water sample                   |
| Err03      | (too bright) Do not forget the light protection cover during the measurement |
| Err04      | Repeat ZERO and TEST procedure                                               |
| Err05      | Environmental temperature below 5 °C or above 60 °C                          |

## 12 Cuvette replacement

1. Before replacing the cuvette, make sure that the instrument is dry and clean.
2. Remove the old cuvette and dispose of it appropriately.
3. Make sure that the new cuvette is clean.
4. Insert the new cuvette and turn it until it locks into the holder. This may require some force.
5. To calibrate the instrument to the new cuvette, follow the procedure in chapter 9.1.3 Calibrat.

## 13 Accessories

### 13.1 Reagents

| Order code                         | Description                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CP X0 Tab Acidifying PT        | 50 auxiliary tablets hydrogen peroxide                                         |
| PCE-CP X0 Tab Active Oxygen        | 50 tablets active oxygen                                                       |
| PCE-CP X0 Tab Alkalinity           | 50 tablets alkalinity                                                          |
| PCE-CP X0 Tab Ammonia No1          | 50 bags ammonia N° 1                                                           |
| PCE-CP X0 Tab Ammonia No2          | 50 bags ammonia N° 2                                                           |
| PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness No1 | 20 ml calcium hardness N° 1 (50 tests)                                         |
| PCE-CP X0 Tab Calcium Hardness No2 | 20 ml calcium hardness N° 2 (50 tests)                                         |
| PCE-CP X0 Tab Cyanuric Acid        | 50 tablets cyanuric acid                                                       |
| PCE-CP X0 Tab Free Chlorine        | 50 tablets free chlorine DPD N° 1                                              |
| PCE-CP X0 Tab Glycine              | 50 auxiliary tablets bromine                                                   |
| PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide HR | 50 tablets hydrogen peroxide HR                                                |
| PCE-CP X0 Tab Hydrogen Peroxide LR | 50 tablets hydrogen peroxide LR                                                |
| PCE-CP X0 Tab pH                   | 50 tablets pH value                                                            |
| PCE-CP X0 Tab PHMB                 | 50 tablets polyhexanide                                                        |
| PCE-CP X0 Tab PL Urea No1          | 30 ml PL urea N° 1 (375 tests)                                                 |
| PCE-CP X0 Tab PL Urea No2          | 10 ml PL urea N° 2 (250 tests)                                                 |
| PCE-CP X0 Tab Starter Kit          | tablets 20 x DPD N° 1, 10 x DPD N° 3, 20 x pH value, 10 x alkalinity, 10 x CYA |
| PCE-CP X0 Tab Total Chlorine       | 50 tablets combined / total chlorine DPD N° 3                                  |
| PCE-CP X0 Tab Total Hardness 1     | 20 ml total hardness 1 (50 tests)                                              |
| PCE-CP X0 Tab Total Hardness 2     | 10 ml total hardness 2 (50 tests)                                              |

### 13.2 Spare parts

| Order code                  | Description                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PCE-CP X0 Cal-Set           | Calibration set chlorine, cyanuric acid, pH value, alkalinity for PCE-CP X0 |
| PCE-CP X0 Case              | Carrying case for meters of the PCE-CP Series                               |
| PCE-CP X0 Cuvette           | Replacement cuvette for PCE-CP X0                                           |
| PCE-CP X0 Cuvette Cover     | Light protection cover made of flexible plastic for the PCE-CP PCE-CP X0    |
| PCE-CP X0 Impact Protection | Impact protection for PCE-CP X0                                             |
| PCE-CP X0 Microfibre Cloth  | White microfibre cleaning cloth 10 x 15 cm                                  |
| PCE-CP X0 PIP               | 10 ml dispensing pipette with flat end                                      |
| PCE-CP X0 Spurtle           | Crushing/stirring rod made of plastic (10.5 cm) for the PCE-CP X0           |

## 14 Software / app

When Bluetooth is activated, you can connect the photometer to your device via the software or the app.

Download software (Windows / Mac OS):

<https://www.pce-instruments.com/software/PCE-CP-Series.zip>

App for Android:



App for iOS:



Connect a meter of the PCE-CP Series to the app or software before using it for the first time, after replacing the batteries and after each update to set the date and time automatically. After the first connection of the software / app to a meter of the PCE-CP Series, the software / app automatically adjusts to the selectable parameters of the PCE-CP Series.

### 14.1 Structure and navigation

The structure of the software and the app only differs in a few details.

After starting the software / app, you will see the LabCom logo and the software version in the main screen. In the software, you will find the main menu on the left-hand side in the form of a navigation column. In the app, the main menu can be reached by pressing the menu button in the upper left corner. In the software, the main menu remains visible in the navigation column at any time whereas in the app, you can navigate back to the main menu at any time by using the back button in the top left corner. The individual menu items and their contents are explained in detail below.

The software is available for Windows 7 and Windows 10. However, the Bluetooth function can only be used with Windows 10. When using Windows 7, measurements can only be imported from the cloud service or measurements from the device must be entered manually in "New measurement".

### 14.2 Accounts

Here, you can manage your user accounts. By creating an account, you can transfer your measurements from the instrument to your smartphone or PC and save them sorted by account. It is also possible to have a report created (.xlsx or .pdf) for the selected account, using the menu field in the top right-hand corner.

### 14.3 New measurement

In addition to the automatic transfer function of measurements to the software / app, measurements can also be added manually to the various accounts in the "New measurement" area. To do this, select the method (the substance to be measured in water). You can enter the measurement value in a pop-up window as soon as you click on the "Add result" button. Once you have entered the measured value, click on "OK" to add the measurement to the selected account.

## 14.4 Cloud service

In the "Cloud service" area, you can see an overview if you have registered with an account. In the overview, you can see how many accounts are registered in this software client and how many measurements have been saved. You can also see when you last synchronised and when the last change was made to the data.

## 14.5 Connect photometer

Via this menu item, you can connect your photometer to your software. To establish a connection, Bluetooth must be activated in the menu of the device (see chapter 9.1.2 Bluetooth). Then press the "scan" button in the app and the device should appear in the selection below the button. Now you can connect the meter to the software / app via the "Connect" button that appears in the selection. In Windows, when connecting the device to the software for the first time, you must pair the photometer with Windows in the Windows Bluetooth settings. Afterwards, the search for the device in the software will show a result. Proceed as follows:

1. Enter the keyword "Settings" in the search bar.
2. The first result should be the app "Settings" which can be used to configure the Windows settings. Open it.
3. Click on the chapter "Devices".
4. Now click on the first button "Add Bluetooth or other devices".
5. Enable the Bluetooth function of your PCE-CP X0 as described in 9.1.2 Bluetooth.
6. In Windows, click on "Bluetooth".
7. Windows will now search for Bluetooth devices in its environment. Select the meter which should appear with the name "PCELab" and pair it with your PC.
8. Now open the software and start a search in the "Connect photometer" area. The photometer should now also be available here.

After connecting the meter, the following device data will be displayed:

- Name of the meter
- Serial number
- Firmware version
- Memory usage
- Time on the meter

The contrast of the display can also be adjusted in this screen. To do this, use the two buttons "Decrease" and "Increase" below the heading "LCD contrast".

If you no longer need the instrument to be connected to the software, click on the "Disconnect" button at the bottom of the window to terminate the connection.

## 14.6 Chemistry

In this main menu item, you will find various calculators which are especially intended for use in water/pool maintenance. There is one calculator each for the RSI/LSI index, for active chlorine and for different water care products. Furthermore, there is a list of the ideal ranges of all parameters measurable by the PCE-CP Series.

## 14.7 Settings

In the settings, you can change the language of the application. You can also reset the database here, which means that all measurements and accounts are deleted. In the PC software, you can also export or import the database, for example in order to transfer it to another PC.

## 14.8 Support

In the main menu item Support, you will find two tabs. The first tab, marked by an open book, contains a download link for this manual. The second tab which shows a stylized globe, contains links which lead you to the product and support websites of PCE Instruments.

## 15 Specifications of parameters

### Active oxygen

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.0 ... 5.0              | 0.5 mg/l       | 1 mg/l     |
| 5.0 ... 15.0             | 1.3 mg/l       |            |
| 15.0 ... 25.0            | 3.8 mg/l       |            |
| 25.0 ... 30.0            | 5.0 mg/l       |            |

### Alkalinity

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 30                 | 3 mg/l         | 1 mg/l     |
| 30 ... 60                | 7 mg/l         |            |
| 60 ... 100               | 12 mg/l        |            |
| 100 ... 200              | 18 mg/l        |            |

### Bromine

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.0 ... 2.5              | 0.2 mg/l       | 0.1 mg/l   |
| 2.5 ... 6.5              | 0.6 mg/l       |            |
| 6.5 ... 11.0             | 1.7 mg/l       |            |
| 11.0 ... 13.5            | 2.3 mg/l       |            |

### Calcium hardness

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 25                 | 8 mg/l         | 1 mg/l     |
| 25 ... 100               | 22 mg/l        |            |
| 100 ... 300              | 34 mg/l        |            |
| 300 ... 500              | 45 mg/l        |            |

### Chlorine (free / total)

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.00 ... 2.00            | 0.10 mg/l      | 1 mg/l     |
| 2.00 ... 3.00            | 0.23 mg/l      |            |
| 3.00 ... 4.00            | 0.75 mg/l      |            |
| 4.00 ... 8.00            | 1.00 mg/l      |            |

### Cyanuric acid

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 15                 | 1 mg/l         | 1 mg/l     |
| 15 ... 50                | 5 mg/l         |            |
| 50 ... 120               | 13 mg/l        |            |
| 120 ... 160              | 19 mg/l        |            |

### Chlorine dioxide

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.00 ... 2.00            | 0.19 mg/l      | 0.01 mg/l  |
| 2.00 ... 6.00            | 0.48 mg/l      |            |
| 6.00 ... 10.00           | 1.43 mg/l      |            |
| 10.00 ... 11.40          | 1.90 mg/l      |            |

### Hydrogen peroxide – (LR)

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.00 ... 0.50            | 0.05 mg/l      | 0.01 mg/l  |
| 0.50 ... 1.50            | 0.12 mg/l      |            |
| 1.50 ... 2.00            | 0.36 mg/l      |            |
| 2.00 ... 2.90            | 0.48 mg/l      |            |

### Hydrogen peroxide – (HR)

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 50                 | 5 mg/l         | 1 mg/l     |
| 50 ... 110               | 6 mg/l         |            |
| 110 ... 170              | 11 mg/l        |            |
| 170 ... 200              | 13 mg/l        |            |

### Ozone

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.00 ... 1.00            | 0.07 mg/l      | 0.01mg/l   |
| 1.00 ... 2.00            | 0.17 mg/l      |            |
| 2.00 ... 3.00            | 0.51 mg/l      |            |
| 3.00 ... 4.00            | 0.68 mg/l      |            |

### pH

| Measurement range | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|-------------------|----------------|------------|
| 6.50 ... 8.40     | 0.11           | 0.01       |

### PHMB

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 30                 | 3 mg/l         | 1 mg/l     |

### Total hardness

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0 ... 30                 | 3 mg/l         | 1 mg/l     |
| 30 ... 60                | 5 mg/l         |            |
| 60 ... 100               | 10 mg/l        |            |
| 100 ... 200              | 17 mg/l        |            |
| 200 ... 300              | 22 mg/l        |            |
| 300 ... 500              | 58 mg/l        |            |

## Urea

| Measurement range (mg/l) | Accuracy $\pm$ | Resolution |
|--------------------------|----------------|------------|
| 0.00 ... 0.30            | 0.05 mg/l      | 0.01 mg/l  |
| 0.30 ... 0.60            | 0.06 mg/l      |            |
| 0.60 ... 1.00            | 0.09 mg/l      |            |
| 1.00 ... 1.50            | 0.12 mg/l      |            |
| 1.50 ... 2.50            | 0.19 mg/l      |            |

## 16 Warranty

You can read our warranty terms in our General Business Terms which you can find here: <https://www.pce-instruments.com/english/terms>.

## 17 Disposal

For the disposal of batteries in the EU, the 2006/66/EC directive of the European Parliament applies. Due to the contained pollutants, batteries must not be disposed of as household waste. They must be given to collection points designed for that purpose.

In order to comply with the EU directive 2012/19/EU we take our devices back. We either re-use them or give them to a recycling company which disposes of the devices in line with law.

For countries outside the EU, batteries and devices should be disposed of in accordance with your local waste regulations.

If you have any questions, please contact PCE Instruments.





## PCE Instruments contact information

### Germany

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0  
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

### United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd  
Unit 11 Southpoint Business Park  
Ensign Way, Southampton  
Hampshire  
United Kingdom, SO31 4RF  
Tel: +44 (0) 2380 98703 0  
Fax: +44 (0) 2380 98703 9  
info@pce-instruments.co.uk  
www.pce-instruments.com/english

### The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15  
7521 PH Enschede  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92  
info@pcebenelux.nl  
www.pce-instruments.com/dutch

### United States of America

PCE Americas Inc.  
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8  
Jupiter / Palm Beach  
33458 FL  
USA  
Tel: +1 (561) 320-9162  
Fax: +1 (561) 320-9176  
info@pce-americas.com  
www.pce-instruments.com/us

### France

PCE Instruments France EURL  
23, rue de Strasbourg  
67250 Soultz-Sous-Forêts  
France  
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  
info@pce-france.fr  
www.pce-instruments.com/french

### Italy

PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Loc. Gragnano  
Capannori (Lucca)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

### China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited  
1519 Room, 6 Building  
Zhong Ang Times Plaza  
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District  
102300 Beijing, China  
Tel: +86 (10) 8893 9660  
info@pce-instruments.cn  
www.pce-instruments.cn

### Spain

PCE Ibérica S.L.  
Calle Mayor, 53  
02500 Tobarra (Albacete)  
España  
Tel. : +34 967 543 548  
Fax: +34 967 543 542  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol

### Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303 Küçükçekmece - İstanbul  
Türkiye  
Tel: 0212 471 11 47  
Faks: 0212 705 53 93  
info@pce- cihazlari.com.tr  
www.pce-instruments.com/turkish

### Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.  
Unit J, 21/F., COS Centre  
56 Tsun Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Tel: +852-301-84912  
jyi@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.cn



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Specifications are subject to change without notice.

